IVORY 愛得利

使用说明书

智悦 电动吸奶器

Electric Breast Pump

为便于您正确操作本产品，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留备用。

BPA FREE 无双酚A

支持母乳喂养

产品部件及名称

1、吸奶器主体
2、硅胶泵
3、护盖
4、连接管
5、鸭嘴阀
6、瓶身
7、硅胶按摩垫
8、防尘盖
9、电源适配器
10、奶瓶瓶盖组

主机

1、开关按钮
2、档位调节按钮
3、档位指示灯

组装方法

*组装吸奶器之前，务必将手洗干净。
*硅胶材质的零部件，如果组装不当有可能会造成破损或划伤。
*组装吸奶器时请务必按照顺序进行组装。

1、将鸭嘴阀平行推入吸奶器主体并四周压平整。

2、将吸奶器主体旋到奶瓶上，直至其完全固定。

3、从上面将硅胶泵放入吸奶器主体中，用手指向下按压，使其稳固贴合各边。

4、将连接管的一端接在护盖接口处，再将护盖安装在硅胶泵上，并紧密贴合。

5、将连接管的另一端接在主机的接口处。

6、将硅胶按摩垫边缘往外拉套在吸奶罩上。

7、将电源适配器的一端插入主机接口处，另一端插入电源插座。

8、组装好的吸奶器暂时不用时请套上防尘盖。

供电方式

支持电源、充电宝供电

电源供电

充电宝供电

*请勿随意更换电源适配器。
*请使用电源输出≤5V/2.1A的充电宝。
*请确保充电宝电力充足。
（充电宝电力不足，将导致吸奶器无法正常使用即吸力不够）

警告！

- 请务必在使用后立即从电源插座拔下插头。
- 每次使用前先检查吸奶器（包括电源适配器）是否存在明显破损。如果电源适配器或插头损坏、无法正常工作、曾跌落或浸入水中，请勿使用吸奶器。
- 电源软线不能更换，如果软线损坏，此器具（电源适配器）应废弃。
- 吸奶器的主机内没有用户可维修部件。切勿尝试自行打开、维修或修理吸奶器。否则您的保修服务将失效。
- 将电源适配器和硅胶连接管远离高温表面。
- 仅使用产品上随附的电源适配器。
- 切勿有水或者异物进入吸气口或者硅胶管中。

使用方法

- 吸奶前请将双手洗净。
- 吸奶器使用前，请先进行清洗、消毒。并按照正确顺序进行安装。
- 选择一个感觉舒适的姿势，开始吸乳。
- 将乳房、乳头聚拢向硅胶按摩垫中心，调整按摩垫使其舒适且紧密地贴合乳房，并避免空气从侧边漏出。
- 按开/关按钮，即开启吸奶器按摩模式。按摩模式以柔和的吸力（频率快、力度小）按摩乳房，刺激乳腺，为吸乳做准备。
- 按摩约1-2分钟后，当您感觉乳汁开始要流出时，您可以按档位调节按钮，进入吸乳模式。吸乳模式配有三档不同吸力。(模拟宝宝吸、停、放吸乳模式)妈妈可根据哺乳阶段及奶量状况选择适合吸力，轻松吸出乳汁。

1、⏻ 开关按钮

(按下开关按钮，开机进入按摩模式。)

2、档位调节按钮

(按档位调节按钮，可调节吸力大小。)

3、档位指示灯

(根据指示灯下方 ▬ 图示，越往右边，吸力越大。)

*您无需使用所有吸力模式，仅使用令您感觉舒适的模式。
*过度使用和连续吸引，有可能会造成乳房的疼痛，请避免这样使用。
*乳房疼痛时，请中止吸奶，以防情况恶化。

- 一般情况下，您需要花费10分钟左右来吸出60-120毫升乳汁，但这因人而异。
- 主机任何档位连续工作30分钟后自动关机，防止连续工作损耗主机。(继续使用时只需重启开关按钮，重新选择档位按键即可)
- 完成吸奶后，关闭吸奶器电源，然后从乳房上小心地取下吸奶器主体。
- 将奶瓶从吸奶器主体上旋下来，装上所配奶嘴，即可喂养宝宝。

tritan™ 特丽透®宽口径奶瓶

瓶身透亮、安全、卫生

- 采用美国进口新型材质改性PCT(Tritan共聚聚酯)，此材质通过美国食品药品监督管理局（FDA）认证。
- 不含双酚A，安全无异味。
- 透光率＞90%，雾度＜1%，有水晶般的光泽，媲美玻璃材质。
- 耐化学性佳，适用于各种清洁剂，清洗方便。
- 零过敏，通过生物相容性三大测试（细胞毒性测试、皮肤刺激测试、过敏测试）。
- 质地轻巧、方便携带，不易破损。

为了您孩子的安全与健康-警告！

- 不要将奶嘴置于阳光直射处、直接置于热源处或长期置于消毒剂中，这将导致奶嘴老化。
- 不应将奶嘴作为安抚奶嘴使用；
- 连续不断地长期吮吸奶嘴将会导致龋病；
- 喂食前应检查食物的温度。
- 奶瓶应在成人监护下使用。
- 每次使用之前，朝各个方向拉拔奶嘴进行检查。如有破损或缺陷应立即停止使用。
- 保持所有不使用的部件放在儿童可触及范围之外，使儿童不能接触，以免被儿童入口误吞、或发生其它危险的意外。不应将奶瓶及奶瓶任何部件作为玩具使用。

危险！

- 请使主机和电源适配器保持干燥。
- 切勿在洗澡或淋浴时使用吸奶器。
- 切勿将电动吸奶器防止或存储在浴盆或水池附近。
- 请勿触碰掉落在水中的产品。应立即从电源插座拔下插头。

清洗和消毒

- 主机、硅胶连接管、护盖等不需要清洗消毒。（1、此类部件没有接触到母乳；2、清洗此类部件有可能导致主机进水无法正常工作。）
- 首次使用之前，除主机、硅胶连接管、护盖、电源适配器外，请对所有吸奶器部件进行清洗和消毒。
- 每次使用完，请及时清洗这些部件。
- 吸奶器内含很多小零件，清洗时请注意不要丢失零部件。
- 清洗时请使用柔软的刷子。
- 清洗鸭嘴阀时不可用刷子等刷洗前端的阀门，否则容易造成闭合不紧产生漏气现象。（盒内附赠一个备用的鸭嘴阀）
- 清洗硅胶材质的零部件时，请勿太用力，否则有可能会造成破损或划伤。
- 将各部件清洗干净并放入水中煮沸消毒3-5分钟。煮沸消毒时水量应足够，避免产品因长时间接触到温度较高的锅底或锅沿而导致变形。

母乳储存

母乳含有丰富的营养成分，为保证母乳的新鲜，请按以下建议对母乳进行冷藏或冷冻。

保存建议

环境	条件	时间	储存用容器
冷藏室	≤5℃	24小时	母乳储存瓶、袋
冷藏室	≤-18℃	3个月	母乳储存袋

*请用温水（水温在40-50℃左右）加热冷藏的母乳。
*冷冻的母乳解冻时，应先用冷水冲洗储存袋，再逐渐加入温水，直至母乳完全解冻并升至适宜哺喂的温度。
*请勿使用沸水、微波炉等高温方式为母乳加热解冻。
*解冻好的母乳请及时给宝宝喂食，不可再次冷冻。
*请勿将刚吸出的母乳与保存的母乳混合在一起。

售后服务卡

感谢您选购本公司产品，为了您应有的权益敬请妥善保存售后服务卡。

姓名		电话	
产品名称		产品型号	
购买日期			
地址			

注意事项

- 自购买日期正常使用者，线路板、电机部件享有三年免费维修服务，整机享有一年免费维修服务。
- 保修设备在保修期内，在正常使用和维护的情况下，产品本身材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司提供免费修理及更换零件。
- 本公司保留对所有内容的修改权和解释权。

非保修范围

- 使用不慎或错误和人为导致的损坏。
- 售后服务卡遗失或损毁。
- 因自然灾害等不可抗拒力造成损坏的。

品名：智悦电动吸奶器　　货号：AC-202
额定电压：100-240V～
额定频率：50/60Hz
额定电流：0.2A
执行标准： GB 4706.1 Q/XDET 002 Q/XDET 020
生产日期：见标示 检验合格
请置于阴凉干燥处贮存
贮存期：常温下5年　　产地：福建省厦门市
厦门帝尔特企业有限公司
厦门市思明区湖滨北路金星路61-69号
服务电话：400-693-1731

扫描二维码
获得更多爱得利资讯